



itaruma licitação &lt;itarumalicitacao@gmail.com&gt;

**PEDIDO DE ESCLARECIMENTO. P.P 007/2019**

2 mensagens

**NILSON-Licitacao** <nilson.licitacao@vanguarda.net.br>  
 Para: itarumalicitacao@gmail.com

3 de fevereiro de 2020 10:50

Prezado(a), bom dia!

Tendo em vista o interesse em participar do Pregão Presencial nº 007/2020 datado para o dia 18/02/2020, venho fazer um pedido de esclarecimento.

**1º QUESTIONAMENTO.**

O item 01 – Bisturi Eletrônico 400 W

Ocorre que o valor estimado para o equipamento não está de acordo com o equipamento solicitado. Estarão comprando um equipamento caro, sem exigir os acessórios mínimos para utilização. Ocasionalmente assim, brecha para empresas cotarem o equipamento sem os acessórios mínimos necessários para o funcionamento do equipamento, sendo que o valor estimado é para o equipamento que acompanha todos os acessórios. E levando o Município a futuramente ter que fazer outra licitação para comprar os acessórios, sendo que deveriam estar inclusos juntamente ao descritivo desse edital.

ORÇAMENTO	QUANT.	VALOR MÉDIO	VALOR TOTAL
Item 01: Bisturi Eletrônico 400 W, totalmente microprocessado, mínimo de 03 (três) displays digitais independentes, bifásico.	1	46.385,00	46.385,00

Ocorre que o Edital solicita apenas o Bisturi. Sendo que o valor total seria de um bisturi com todos acessórios necessários para o funcionamento do equipamento.

O bisturi eletrônico necessita dos seguintes acessórios:

No mínimo 01 carrinho para transporte, visto que o equipamento é grande e pesado, para ser deslocado necessita de um carrinho para transportar.

01 pedal duplo, MONOPOLAR e BIPOLAR.

01 placa de retorno para o paciente com cabo compatível.

Além de canetas, eletrodos, cabos, conectores..

Sendo assim, a sugestão é que haja a alteração do descritivo do edital visto que o Município será lesado, adquirindo um equipamento sem os acessórios mínimos para o funcionamento do equipamento. Além de EXIGIR instalação, treinamento e assistência técnica autorizada, visto que se trata de um equipamento extremamente complexo, utilizado em cirurgias de pequenos, médios e alto risco.

Segue a baixo os acessórios mínimos padrão para o funcionamento do equipamento:

Acessórios: 01 carrinho; 01 pedal duplo (monopolar); 01 pedal simples para o modo bipolar; 01 placa de retorno permanente de aço inox adulto com cabo compatível; 05 placas adesivas descartáveis bipartidas e 01 cabo permanente compatível com sistema de monitoração de contato; 01 caneta porta-eletrodo de comando manual duplo (botões de acionamento de corte e coagulação) e conector universal/3 pinos; 01 jogo com 05 eletrodos médicos para uso geral - sendo: 01 ponta tipo faca reta; 01 ponta tipo faca curva; 01 ponta tipo agulha; 01 ponta tipo alça; 01 ponta tipo bola.

Me coloco a disposição para qualquer dúvida ou questionamento,

Atenciosamente,



**VANGUARDA**  
*innovation and quality*

**Nilson Alves**  
Departamento de Licitação  
(62) 9 8599-9537 - (62) 3293-1414  
www.vanguarda.net.br

24 Anos

BARIFAB CISA COVIDIEN Medtronic DIXTAL GVS  
INPROMED PHILIPS Healthcare Samtronic Valleylab WEM

itaruma licitação <itarumalicitacao@gmail.com>  
Para: afa.fausto@hotmail.com

10 de fevereiro de 2020 09:54

SEGUE E-MAIL SOLICITADO...  
[Texto das mensagens anteriores oculto]